



回答状況

試料41

判定結果	施設数(%)
D陽性(Rhコントロール実施)	53 (86.9%)
D陽性(Rhコントロール未実施)	7 (11.5%)
結果未回答	1 (1.6%)
合計	61 (100%)

試料42

判定結果	施設数(%)
D陽性(Rhコントロール実施)	53 (86.9%)
D陽性(Rhコントロール未実施)	8 (13.1%)
合計	61 (100%)

まとめ

- 日々の検査時から、記入漏れや入力ミス等が起こらないようなシステムを構築していただきたい。
- Rhコントロールに関しては、試薬の添付文書を確認していただき、指示がある場合は適切なコントロールを立てること。