

【お詫びと訂正】

第 37 回静岡県臨床検査精度管理調査報告書（令和 2 年度）において、誤りがありました。ここに謹んでお詫び申し上げますと共に、下記のように訂正いたします。

正誤表

● 54 ページ 《年度比較》

(誤)

		PT					APTT		Fib	
		試料21		試料22		ISI値	試料21	試料22	試料21	試料22
		秒	INR	秒	INR		秒	秒		
R2年度	n	79	79	79	79	78	72	72	58	60
	MEAN	11.21	0.96	27.87	2.77	1.17	32.25	59.02	259.52	290.30
	SD	0.66	0.08	3.84	0.57	0.23	3.74	9.07	13.92	23.03
	CV	5.92	8.22	13.79	20.59	19.75	11.59	15.38	5.37	7.93
R1年度	n	75	72	76	72	75	73	70	58	58
	MEAN	11.85	1.02	25.99	2.51	1.19	34.47	47.36	231.12	312.79
	SD	0.75	0.07	3.84	0.16	0.25	2.99	4.22	12.64	25.98
	CV	6.32	6.83	14.78	6.41	20.66	8.67	8.90	5.47	8.30

(正)

		PT					APTT		Fib	
		試料21		試料22		ISI値	試料21	試料22	試料21	試料22
		秒	INR	秒	INR		秒	秒		
R2年度	n	72	74	76	71	78	72	72	58	60
	MEAN	11.18	0.95	28.20	2.61	1.17	32.25	59.02	259.52	290.30
	SD	0.49	0.06	3.54	0.31	0.23	3.74	9.07	13.92	23.03
	CV	4.38	5.87	12.56	11.88	19.75	11.59	15.38	5.37	7.93
R1年度	n	75	72	76	72	75	73	70	58	58
	MEAN	11.85	1.02	25.99	2.51	1.19	34.47	47.36	231.12	312.79
	SD	0.75	0.07	3.84	0.16	0.25	2.99	4.22	12.64	25.98
	CV	6.32	6.83	14.78	6.41	20.66	8.67	8.90	5.47	8.30

● 58 ページ 表 3-1-3-2-4 ISI 値による比較

(誤)

	ISI<1.1					ISI1.1~1.49					ISI>1.5				
	試料21		試料22		ISI	試料21		試料22		ISI	試料21		試料22		ISI
	秒	INR	秒	INR		秒	INR	秒	INR		秒	INR	秒	INR	
MEAN	10.85	1.06	2.24	10.46	1.00	1.98	10.44	1.56	22.02	4.17	25.56	2.93	28.06	2.64	1.73
MAX	13.40	6.22	23.00	12.65	3.81	9.00	12.70	8.45	27.40	8.53	32.50	10.11	46.00	10.81	1.73
MIN	0.60	0.06	0.12	0.72	0.04	0.00	0.42	0.09	0.90	0.35	4.37	0.28	3.56	0.27	1.73
SD	1.96	0.82	4.22	2.19	0.57	1.96	3.52	1.93	8.15	1.60	6.14	1.48	6.59	1.35	0.00
CV	18.05	77.73	188.02	20.88	56.42	99.00	33.75	123.47	37.02	38.27	24.03	50.70	23.48	51.27	0.00
n	46	46	46	46	46	23	23	23	23	23	9	9	9	9	9

(正)

	ISI<1.1					ISI1.1~1.49					ISI>1.5				
	試料21		試料22		ISI	試料21		試料22		ISI	試料21		試料22		ISI
	秒	INR	秒	INR		秒	INR	秒	INR		秒	INR	秒	INR	
MEAN	11.22	0.95	28.87	2.52	1.03	10.97	0.93	26.85	2.76	1.24	11.81	1.11	25.23	4.12	1.73
MAX	13.40	1.12	35.00	2.90	1.09	12.65	1.01	32.50	3.15	1.43	12.70	1.29	27.40	4.85	1.73
MIN	10.10	0.80	19.10	1.71	0.95	9.70	0.87	20.60	2.24	1.11	11.30	0.94	24.20	3.46	1.73
SD	0.60	0.06	3.56	0.27	0.04	0.72	0.04	4.37	0.28	0.12	0.42	0.09	0.90	0.35	0.00
CV	5.36	6.22	12.35	10.81	3.81	6.56	3.81	16.29	10.11	9.62	3.58	8.45	3.56	8.53	0.00
n	46	46	46	46	46	23	23	23	23	23	9	9	9	9	9

静岡県臨床検査精度管理委員会
血液検査部門委員 渡邊 正博