## 静岡県臨床検査精度管理調査 申し込み手引き

静岡県の臨床検査精度管理調査は、日臨技の精度管理調査用のソフトを使って行うため、参加申し込みは日本臨床衛生検査技師会のホームページからの申し込みとなります。

まず初めに日臨技ホームページ(<a href="http://www.jamt.or.jp/">http://www.jamt.or.jp/</a>)トップページを開きます。

サイトの中段付近にある「臨床検査精度管理調査」



をクリックし、下記画面の中の「JAMTQC参加施設向けシステム」のところをクリックして入り込んで下さい。



下記画面が表示されます

		新生検査技師会 
	精度官埋事業・アー	ータ標準化事業システム
	JA	MTQC
	参加施設	<b>设向けシステム</b>
	施設番号	
	パスワード	
	▼ SSL暗号化	通信でログインする
	<b>&gt;&gt;&gt;</b> 1	ログイン
-		
<b>&gt;&gt;&gt;</b>	施設登録のない方	>> バスワートを忘れた方
動作確認用も	ナイトはこちら >>	H22年度以前のサイトはこちら >>
	ログイ	ンガイド >>

既に日臨技の施設番号をお持ちの施設は施設番号、パスワードを入力してログインして下さい。

ログイン後は、「事務メニュー」を選択し、①の「精度管理事業」のタグを選んで、 下記画面に進んで画面右上「**入力ガイド**」を参考にしながら申し込み登録を行って下さ い。

			$\bigcirc$ $\bigcirc$			入力ガイ	<b></b>				
	P IP	X PAN SH	RINSHOEISEIKENSAGISHI JP] https://			or.jp/JadisService/O	ffice/Survey.aspx			Į.	<b>-</b> □ ⊕
Apps MITQC ( MTQC (		525		ーザー登録	6 -	般社団法人 日本…	◎ お問い合わせ 7.3次	カガイド 122063	以他メニュ プレビ		
申込	4-1	a-F	争集	変更	受付番号	参加部署	参加コース	見積	納品	請求	領収
申込み	平成26	142201	平成26年度(弟31回)静岡県臨床検査精度管理調査								
				変更	10002	検査部	01:臨床化学(29項目),04:輪血(3項目),05:微生物( 途挂:同定:感受性),06:病理(免疫染色),02:免疫(7 項目),03-4:血液(血算),03-8:血液(血算凝固),03 -0:血液(血液(象)				
終了	平成25	130002	平成25年度日臨技データ標準化(基準施設のみ)								
				確認	10003	検査部	1:標準物質				
終了	平成25	130003	平成25年度日臨技データ標準化(基幹施設・基準施設)								
				確認	10003	検査部	1: 基幹·基準				
終了	平成25	132201	平成25年度 静岡県技師会臨床検査精度管理調査								
				確認	10002	検査部	01:臨床化学(28項目),04:輸血(3項目),05:微生物( 塗抹・同定・感受性),06:病理(免疫染色),02:免疫(8 項目),03:血液(血真・血液凝固・血液像)	見積	納品	請求【	
終了	平成24	120002	平成24年度日臨技データ標準化(基準施設のみ)								

## <日臨技に施設登録していない施設について>

これまで日臨技の精度管理調査に参加したことのない施設は、施設登録が必要になります。その場合は、「JAMTQC参加施設向けシステム」でログイン後、「施設登録のない方」のタグをクリックして施設登録を行ってください。

下記画面が表示されますので、施設申請、パスワード発行申請を行って下さい。(日臨技からのパスワード発行は数日かかります)

№ 臨床検査精度管理調査- 社 ×	□ 各種申請フォーム	× ( ) 事務メニュー	×
← → C 🗋 jamtqc.jam	nt.or.jp/JadisService/A	apply/Shisetsu.aspx	
♪ livedoor メール・・・・ ♪ live	door 🦙 Yahoo! JAPAN 🔼	¶ 受信トレイ (5) - s…	
社団法人日本臨床衛	生検査技師会	精度管理事業 データ標準化事業 各種	重申請フォーム
>> 施設申請 >> 施設パスワード発行申請	施設申請 最新のデータベースで該当す。 検索して該当する施設がないは 検索して該当する施設があるす  施設名または施設名力ナ	る施設があるかどうか、まず検 易よ、施設申請へ進んで下さ 易合は、該当する施設の「パス	食素をして下さい。 い ワード発行申請」へ進んで下さい。
	パスワード発行 施設番号	5	施設名

## 〔問い合せ先〕

静臨技 精度管理調査 統括 磐田市立総合病院 臨床検査技術科 清水 憲雄

TEL 0538-38-5000 FAX 0538-38-5047 e-mail: shimizun@hospital.iwata.shizuoka.jp